

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดค่ากรด-ด่างผลิตภัณฑ์สัตว์ ชนิดพกพา (Meat pH Meter)

1. เป็นเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่มีช่วงการวัด 0.00 ถึง 14.00 แสดงค่าเป็นตัวเลขมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.01 และมีค่าความถูกต้องของการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างผิดพลาดไม่เกิน ± 0.01 pH
2. แสดงผลการวัดทั้งค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ และมีความถูกต้องของอุณหภูมิผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส
3. วัสดุของเครื่องสามารถใช้ในการอุตสาหกรรมอาหารได้ และหัววัดทำความสะอาดง่าย
4. สามารถทำการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) ได้ไม่น้อยกว่า 2 จุด
5. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 5.1 น้ำยาสอบเทียบเครื่อง (Calibration solution kit) จำนวน 3 ขวด แต่ละขวดมี pH ประมาณ 4.0, 7.0, 10.0 มีน้ำยาทำความสะอาดหัววัด (Cleaning solution) และน้ำยาเก็บรักษาหัววัด (Storage solution) แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 250 มิลลิลิตร
 - 5.2 กระเป๋าสําหรับออกภาคสนามและใส่น้ำยาสอบเทียบเครื่องมือ
6. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 9 V หรือ แบตเตอรี่ CR2032 Li-ion
7. มีคู่มือประกอบการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
8. รับประกันคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบด้านการบริการ และซ่อมบำรุงหลังการขาย และจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
10. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
11. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวประภัสสร ภักดี)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

.....อนุกรรมการ
(นายอัครเดช ทุมชะ)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวจรัสศรี แก้วฝัน)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)



นายวรวิทย์ วรธัศวติ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์